

基準器検査申請書（基準分銅）の記入方法及び留意事項

1. 申請者情報入力シートを記入する

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1		↓ 項目名			↓ 入力欄	※ 橙色セルに入力			備考	記載例	
2		申請情報									
3		申請日			2024年4月1日			申請で器物を持込まれるお日付		2022年4月1日、2022/4/1	
4	申請者	お名前1	株式会社 生活文化スポーツ			※必須			株式会社〇〇、所有太郎		
5		お名前2	支店長 分銅 一郎			申請者のお名前・ご住所をご記入ください。			代表取締役 所有太郎		
6		ご住所	東京都新宿区西新宿二丁目8番1号			東京支店長 申請次郎			東京都〇〇区××-□□-△△		
7	申請代理者	お名前1	株式会社 計量検定所			代理で申請される方のお名前・ご住所をご記入ください。			株式会社××、申請次郎		
8		お名前2	代表取締役 計量 太郎			申請者本人の場合は記載不要です。			東京支店長 申請次郎		
9		ご住所	東京都江東区新砂三丁目3番41号			代理申請の場合は、委任状が必要となります。			東京都××市〇〇-△△-□□		
10		委任状の有無	有						有		
11	担当者	お名前1	株式会社 計量検定所			※必須			株式会社××、担当三郎		
12		お名前2	営業課 申請 吾郎			実際に申請・連絡調整を担当される方のお名前・ご連絡先をご記入ください。			品質管理課 担当三郎		
13		電話番号	03-5617-6623			計量法関係手数料条例施行規則第4条			03-〇〇〇〇-××××		
14		減免対象									減免対象外
15	ver.20240307										

右欄の説明を参考に、基本情報を入力する

国もしくは地方公共団体、指定検定機関、指定定期検査機関等は、減免対象となる

2. 分銅情報入力シートを記入する

分銅共通情報をプルダウンから選択または入力する

基準器検査と同時に JCSS を申請する場合は、
「JCSS+基準器検査」を選択する

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2	共通	精度等級	一般(F2)																	
3		器物番号	1																	
4		申請種別	JCSS+基準器検査																	
5		保管箱の有無	有																	
6					基準器検査			基準器検査成績書に関して入力する												
7																				
8																				
9	分銅は質量が重いものから軽いものへ、順に記載お願いいたします。																			
10	No.	表す質量	単位	形状	識別	材質	No.	表す質量	単位	形状	識別	材質	No.	表す質量	単位	形状	識別	材質	No.	
11	1	20	kg	円筒形		1	16	2	g	円筒形	1	31							46	
12	2	10	kg	円筒形		2	17	2	g	円筒形	2	32							47	
13	3	5	kg	円筒形		3	18	1	g	円筒形	3	33							48	
14	4	2	kg	円筒形	1	4	19	500	mg	板状	ステンレス鋼	34							49	
15	5	2	kg	円筒形	2	5	20	200	mg	板状	1	35							50	
16	6	1	kg	円筒形		6	21	200	mg	板状	2	36							51	
17	7	500	g	円筒形		7	22	100	mg	板状	ステンレス鋼	37							52	
18	8	200	g	円筒形	1	8	23	50	mg	板状	ステンレス鋼	38							53	
19	9	200	g	円筒形	2	9	24	20	mg	板状	1	39							54	
20	10	100	g	円筒形		10	25	20	mg	板状	2	40							55	
21	11	50	g	円筒形		11	26	10	mg	板状	ステンレス鋼	41							56	
22	12	20	g	円筒形	1	12	27	5	mg	板状	ステンレス鋼	42							57	
23	13	20	g	円筒形	2	13	28	2	mg	板状	1	43							58	
24	14	10	g	円筒形		14	29	2	mg	板状	2	44							59	
25	15	5	g	円筒形		15	30	1	mg	板状	ステンレス鋼	45							60	
26	※ 「表す質量」、「単位」、「形状」、「材質」はプルダウンの他、直接入力やコピーも可能です。																			

分銅情報をプルダウンから選択する

《注意点》必ず、重い分銅から順に入力すること

受検資格（基準器を用いる検査種別）について、プルダウンから選択する

《注意点》下欄に自動表示される提出書類を用意し、申請書と併せて提出すること

受検資格（基準器を用いる検査種別）の確認のため提出する書類一覧

申請者		提出書類
特定市（八王子市）		特になし
届出製造事業者 届出修理事業者		届出書(変更届、登録証を含む) ⇒ <u>所在地を確認</u>
計 量 士	適管事業所の定期検査、計量証明検査	①計量士登録証、②適管事業所報告書、③計量管理報告書 ⇒ <u>適管事業所の所在地、計量士の登録状況を確認</u>
	代検査（定期検査、計量証明検査）	①計量士登録証、②計量士報告書 ⇒ <u>計量士の所在地を確認</u>
指定検定機関 指定定期検査機関		指定通知書 ⇒ <u>所在地を確認</u>

3. 申請書シート及び申請票シートに自動入力された内容及び手数料を確認する

申請書シート及び申請票シートの内容に問題がなければ、申請予約した日時に、プリントアウトした申請書及び申請票、手数料を持参し、申請窓口にお越しください。

また、受検資格の確認のため提出する書類についても、併せて持参下さい。

≡ 留意事項 ≡

- ①申請できる基準分銅は、その所在が東京都であるものに限りします。
- ②申請にあたり、事前にメールまたは電話にて、申請日の予約をお願いします。
- ③申請当日までに、申請書一式（Excel ファイル）をメールにて送付して下さい。

【連絡先】

東京都計量検定所 検定課 質量圧力計担当

電 話：03-5617-6633

メール：S1122002@section.metro.tokyo.jp